



Centro n° 163:

Spectra S.r.l.

Via Gilera, 110

20043 ARCORE (MI) - ITALIA

**Telefono** +39 039 61 33 21

**Telefax** +39 039 61 33 235

**E-mail** [spectra@spectra.it](mailto:spectra@spectra.it)

**URL** [www.spectra.it](http://www.spectra.it)

-

-

Responsabile:

sig. Emilio Giovanni Caglio

Sostituto:

Sig. Edoardo Ferrario

**TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT**

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,1 dB
	Calibratori	(94 ÷ 114) dB	250 Hz, 1 kHz	0,12 dB
	Fonometri	124 dB (25 ÷ 140) dB	250 Hz 31,5 Hz ÷ 16 kHz	0,15 dB 0,15 ÷ 1,2 dB (1)
	Verifica filtri a bande di ottava		20 < f < 20000	0,1 ÷ 0,2 dB (1)
	Verifica filtri a bande di terzi di ottava		31,5 < f < 8000	0,1 ÷ 0,2 dB (1)

(\*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* specificato.

(1) L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova.